

ПРОТОКОЛ № 21-08/2694
результатов γ -спектрометрического анализа

Руководитель работ: Кожобекова А.Р.

№ п/п	№ пробы	Шифр	Индекс	Место отбора	Точка отбора	Содержание гамма-излучающих радионуклидов, Бк/кг		Тип спектр.	Примечание
						^{137}Cs	^{241}Am		
1.	184295	КРЖ	Ф	трубопровод	1	4,7 ± 0,9	< 1,3	GEM40	Не превышает МЗУА
2.	184296	КРЖ	Ф	трубопровод	2	2,2 ± 0,5	< 1,5	GEM40	Не превышает МЗУА
3.	184297	КРЖ	Ф	трубопровод	3	7,4 ± 1,5	< 0,9	GEM7025	Не превышает МЗУА
4.	184298	КРЖ	Ф	трубопровод	4	10,0 ± 2,0	< 0,9	GEM7025	Не превышает МЗУА
5.	184299	КРЖ	Ф	трубопровод	5	8,6 ± 1,7	4,2 ± 0,8	BE3830	Не превышает МЗУА
6.	184300	КРЖ	Ф	трубопровод	6	7,2 ± 1,4	< 3	GEM45	Не превышает МЗУА

Дата проведения измерений: 11.11.2025-12.11.2025 г.

СОСТАВИЛ: Сагынгалиева Ж.С. *Ж.С.*

Дата составления «14» ноября 2025 г.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник ОРСИ

Начальник ЛЯФМА

Ответственный по качеству в ОРСИ

В базу данных внес

Дата внесения в базу « 19 » 11 2025 г.

 / Сальменбаев С.Е.

 / Романенко Е.В.

 / Меркель А.И.

 / Шамырова А.С.